# Analizador de humedad

## OHAUS MB62

**Código: 30971929**

Determinación de humedad por pérdida de masa durante el secado, con calentamiento por fibra de carbono.

**90 g**

Capacidad máxima

**0.001 g / 0.01 %**

Lectura de masa / humedad




Imagen ilustrativa del equipo.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Modelo / código** | MB62 / 30971929 |
| **Capacidad máxima** | 90 g |
| **Legibilidad de masa / humedad** | 0.001 g / 0.01 % |
| **Rango de humedad** | 0.01 - 100 % |
| **Repetibilidad (desviación estándar)** | 0.10 % con muestra de 3 g; 0.018 % con muestra de 10 g |
| **Sistema de calentamiento** | Fibra de carbono |
| **Rango de temperatura** | 40 - 200 °C; ajuste en incrementos de 1 °C |
| **Programas de secado** | Estándar, rápido, rampa y escalonado |
| **Memoria de métodos / resultados** | 20 métodos / 100 resultados |
| **Criterios de finalización** | Automático, temporizado y manual |
| **Pantalla** | LCD de 5 pulgadas |
| **Resultados mostrados** | Humedad, sólidos, recuperación, tiempo, temperatura y masa |
| **Plato de muestra** | 90 mm de diámetro |
| **Ajuste de pesaje** | Externo, con masa de 50 g |
| **Comunicación** | RS232 y USB Device |
| **Alimentación de esta versión** | 100 - 120 V CA, 50/60 Hz; 5 A |

Aplicación: análisis de humedad en muestras compatibles con secado térmico. El programa y la temperatura deben validarse para cada material.

Nota: la lectura mínima no equivale a la exactitud del resultado. Verificar alimentación en la placa del equipo. Accesorios y suministro según cotización.

Fuentes: OHAUS, manual MB62 (30980439) y hoja de datos MB62 (80776949). Consulta: 30/10/2026. Ficha comercial RCA Scientific; datos sujetos a cambios del fabricante.